



北京市华北精仪计量检测中心

Beijing North China Precision Instrument Measures The Detecting Centre

检定证书

Verification certificate

证书编号：

certificate No: CH520220618015 号

样品名称：

Sample's Name

水准仪

型号/规格：

Model/specification

DS3

样品编号：

Serial No

026970

制造单位：

Manufacturer

南方测绘

委托单位：

Client

枣庄市水利开发有限公司山亭分公司

检定依据：

Verification Regulation

《水准仪检定规程》JJG 425-2003

检定结论：

Conclusion

合格

批准人

Approved by

检验员

Inspected by

检定员

Verification by

检定日期

Verification Date

有效期至

Valid until

2022 年

06 月

18 日

2023 年

06 月

17 日

北京市华北精仪计量检测中心

Beijing NorthChina Precision Instrument Measures The Detecting Centre

证书编号

Certificate No: CHS20220618015 号

本单位是法定授权计量检定机构

This body is an authorized metrology verifying Agency

授权机构: 北京市技术监督局

授权证书号: 京法计(2007) 2024-1

Authorization body:

Authorized certificate No:

测量溯源性说明: 本检定使用的计量器具均可溯源到国家基准

检定所依据技术文件(代号、名称):

Reference documents for this verification(name code)

JIG 425-2003《水准仪检定规程》

检定所使用的主要计量器具

Standard of measurement used in this verification:

名称 Name	型号/规格 mode/size	不确定度/准确度 uncertainty	证书编号 certificate No
水准仪检定装置 (1" 准线仪)	自制 (JZC-1)	$U=0.5$ $K=2$	长字第 20120602-647 号

检定地点及其环境条件

Place of the verification and environmental condition

地点: 本实验室

Place:lab

温度: 20° C

Temperature:

相对湿度: 70%RH

relative humidity:

其他: /

others: